No.：32060

製 品 規 格 書

関 東 化 学 株 式 会 社
東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

品 名：過塩素酸（70 %）

規 格：特 級

試 験 項 目		規 格 値
濃度	%	70.0～72.0
強熱残分（硫酸塩）	%	0.003 以下
塩化物（Cl）	ppm	3 以下
塩素酸塩（ClO_3）	%	0.001 以下
遊離塩素（Cl）	ppm	5 以下
りん酸塩及びけい酸塩（SiO_2として）	%	0.005 以下
硫酸塩（SO_4 ）	%	0.001 以下
窒素化合物（Nとして）	%	0.002 以下
銅（Cu）	ppm	0.1 以下
銀（Ag）	ppm	1 以下
鉛（Pb）	ppm	0.1 以下
ひ素（As）	ppm	0.05 以下
マンガン（Mn）	ppm	0.3 以下
鉄（Fe）	ppm	1 以下

［備　考］

規格内容は、JIS規格の改定等に伴い、予告なく変更する場合があります。

CHClO4GR70-22L22